



INICIATIVA CONJUNTA CON



DISPOSITIVOS VALIDADOS PARA LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Listado generado desde www.stridebp.org el 01 Mar 2024

Dispositivos validados: han pasado los procesos de validación establecidos que han sido verificados y aprobados por el Consejo Asesor Científico de STRIDE BP.

Dispositivos preferidos: para la Monitorización de la Presión Sanguínea Ambulatoria las 24 horas del día son aparatos de brazalete para la parte superior del brazo con al menos un estudio de validación aprobado de STRIDE BP publicado en los últimos 10 años usando un protocolo reciente (Estándar Universal AAMI/ESH/ISO (ISO 81060-2:2018); ANSI/AAMI/ISO 2013 o 2009; ESH-IP 2010).

* **Dispositivos equivalentes o idénticos:** Los dispositivos equivalentes no han sido validados, pero se ha proporcionado y aprobado evidencia por parte del Consejo Asesor Científico de STRIDE BP mostrando que son equivalentes a un dispositivo que ha cumplido con todos los criterios establecidos para los dispositivos validados (ver más arriba). Los dispositivos idénticos no se diferencian de los dispositivos aprobados por STRIDE BP, excepto por cambios en el nombre del modelo.

Dispositivos validados para la parte superior del brazo disponibles en el mercado (31)

A&D TM-2440 *	Microlife Watch BP O3
A&D TM-2441	Microlife WatchBP O3 (BP 3MZ1-1)
Andon iHealth CardioMed ABP100	Microlife WatchBP O3 (BP3SZ1-1) *
Beneware ABP-021	Microlife WatchBP O3 AFIB *
Cardiette BP one	Novacor Diasys 3 (DIS-0001-00)
Custo Med custo screen 400	Novacor Diasys 3 Plus (DIP-0001-00)
Custo Med custo screen pediatric	PAR Medizintechnik & Co. PHYSIO-PORT UP
Disetronic Profilmomat	PAR Medizintechnik & Co. TONOPORT VI
EDAN SA-10	Philips DL8760
EnviteC PhysioQuant	Schiller BR-102 plus
GE Healthcare TONOPORT V	Somnomedics ABPMpro
Hingmed WBP-02A	SpaceLabs 90217
IEM Mobil O Graph (version 12)	SpaceLabs 90227
IEM mobil-O-Graph	TaiDoc TD 3127AT Uright
KANG KC-2850	Tiba Medical Ambulo 2400
Meditech ABPM-06	

Dispositivos validados para la parte superior del brazo no disponibles en el mercado (7)

A&D TM-2420	Suntech AGILIS
A&D TM-2430	Suntech Oscar 2
Meditech ABPM-04	TensioMed Tensioday
SpaceLabs 90207	

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou	Grecia	Presidente	G. Parati	Italia	
A. Schutte	Australia	Co-Presidente	J. Wang	China	
E. O'Brien	Irlanda	Presidente Honorario	N. Campbell	Canadá	Ex-oficio (WHL)
A. Kollias	Grecia		N. Khan	Canadá	Ex-oficio (ISH)
P. Palatini	Italia		P. van de Borne	Bélgica	Ex-oficio (ESH)

CONSEJO ASESOR

K. Asayama	Japón	G. Head	Australia	T. Ohkubo	Japón
R. Asmar	Francia	Y. Imai	Japón	J. Sharman	Australia
A. Avolio	Australia	N. Karpettas	Chipre	A. Shennan	Reino Unido
G. Bilo	Italia	K. Kario	Japón	J. Staessen	Bélgica
A. de la Sierra	España	E. Manios	Grecia	M. Weber	EE.UU.
P. de Leeuw	Países Bajos	A. Mihailidou	Australia		
E. Dolan	Irlanda	A. Murray	Reino Unido		