

DISPOSITIVOS VALIDADOS PARA LA MONITORIZACIÓN AMBULATORIA DE LA PRESIÓN ARTERIAL

Listado generado desde www.stridebp.org el 2 de octubre de 2023

Dispositivos preferidos: para la Monitorización de la Presión Sanguínea Ambulatoria las 24 horas del día son aparatos de brazalete para la parte superior del brazo con al menos un estudio de validación aprobado de STRIDE BP publicado en los últimos 10 años usando un protocolo reciente (AAMI/ESH/ISO 2018; ANSI/AAMI/ISO 2013 o 2009; ESH-IP 2010).

Dispositivos validados: han pasado los procesos de validación establecidos que han sido verificados y aprobados por el Consejo Asesor Científico de STRIDE BP.

* **Dispositivos equivalentes o idénticos:** Los dispositivos equivalentes no han sido validados, pero se ha proporcionado y aprobado evidencia por parte del Consejo Asesor Científico de STRIDE BP mostrando que son equivalentes a un dispositivo que ha cumplido con todos los criterios establecidos para los dispositivos validados (ver más arriba). Los dispositivos idénticos no se diferencian de los dispositivos aprobados por STRIDE BP, excepto por cambios en el nombre del modelo.

Dispositivos preferidos (brazo) (21)

A&D TM-2440 *	Microlife WatchBP O3 (BP3SZ1-1) *
A&D TM-2441	Microlife WatchBP O3 AFIB *
Andon iHealth CardioMed ABP100	Novacor Diasys 3 (DIS-0001-00)
Beneware ABP-021	Novacor Diasys 3 Plus (DIP-0001-00)
Custo Med custo screen 400	PAR Medizintechnik & Co. PHYSIO-PORT UP
Custo Med custo screen pediatric	PAR Medizintechnik & Co. TONOPORT VI
EDAN SA-10	Philips DL8760
Hingmed WBP-02A	Somnomedics ABPMpro
KANG KC-2850	SpaceLabs 90227
Meditech ABPM-06	TaiDoc TD 3127AT Uright
Microlife Watch BP O3	

Dispositivos de manguito de brazo validados (17)

A&D TM-2420	Microlife WatchBP O3 (BP 3MZ1-1)
A&D TM-2430	Schiller BR-102 plus
Cardiette BP one	SpaceLabs 90207
Disetronic Profilomat	SpaceLabs 90217
EnviteC PhysioQuant	Suntech AGILIS
GE Healthcare TONOPORT V	Suntech Oscar 2
IEM Mobil O Graph (version 12)	TensioMed Tensioday

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou	<i>Grecia</i>	<i>Presidente</i>
A. Schutte	<i>Australia</i>	<i>Copresidente</i>
E. O'Brien	<i>Irlanda</i>	<i>Presidente Honorario</i>
M. Myers	<i>Canadá</i>	
P. Palatini	<i>Italia</i>	
G. Parati	<i>Italia</i>	
J. Wang	<i>China</i>	

CONSEJO ASESOR

K. Asayama	<i>Bélgica</i>	G. Head	<i>Australia</i>	A. Murray	<i>Reino Unido</i>
R. Asmar	<i>Francia</i>	Y. Imai	<i>Japón</i>	T. Ohkubo	<i>Japón</i>
A. Avolio	<i>Australia</i>	N. Karpettas	<i>Chipre</i>	J. Sharman	<i>Australia</i>
G. Bilo	<i>Italia</i>	K. Kario	<i>Japón</i>	A. Shennan	<i>Reino Unido</i>
A. de la Sierra	<i>España</i>	A. Kollias	<i>Grecia</i>	J. Staessen	<i>Bélgica</i>
P. de Leeuw	<i>Países Bajos</i>	E. Manios	<i>Grecia</i>	M. Weber	<i>EE.UU.</i>
E. Dolan	<i>Irlanda</i>	A. Mihailidou	<i>Australia</i>		

IEM mobil-O-Graph

Tiba Medical Ambulo 2400

Meditech ABPM-04

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou *Grecia* *Presidente*
A. Schutte *Australia* *Copresidente*
E. O'Brien *Irlanda* *Presidente Honorario*
M. Myers *Canadá*
P. Palatini *Italia*
G. Parati *Italia*
J. Wang *China*

CONSEJO ASESOR

K. Asayama *Bélgica*
R. Asmar *Francia*
A. Avolio *Australia*
G. Bilo *Italia*
A. de la Sierra *España*
P. de Leeuw *Países Bajos*
E. Dolan *Irlanda*
G. Head *Australia*
Y. Imai *Japón*
N. Karpettas *Chipre*
K. Kario *Japón*
A. Kollias *Grecia*
E. Manios *Grecia*
A. Mihailidou *Australia*
A. Murray *Reino Unido*
T. Ohkubo *Japón*
J. Sharman *Australia*
A. Shennan *Reino Unido*
J. Staessen *Bélgica*
M. Weber *EE.UU.*