

DISPOSITIVOS VALIDADOS PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL EN CONSULTORIOS / CLÍNICA

Listado generado desde www.stridebp.org el 2 de octubre de 2023

Dispositivos preferidos: para uso en la Consulta/Clinica son aparatos de brazalete para la parte superior del brazo con al menos un estudio de validación aprobado de STRIDE BP publicado en los últimos 10 años usando un protocolo reciente (AAMI/ESH/ISO 2018; ANSI/AAMI/ISO 2013 o 2009; ESH-IP 2010).

Dispositivos validados: han pasado los procesos de validación establecidos que han sido verificados y aprobados por el Consejo Asesor Científico de STRIDE BP.

* **Dispositivos equivalentes o idénticos:** Los dispositivos equivalentes no han sido validados, pero se ha proporcionado y aprobado evidencia por parte del Consejo Asesor Científico de STRIDE BP mostrando que son equivalentes a un dispositivo que ha cumplido con todos los criterios establecidos para los dispositivos validados (ver más arriba). Los dispositivos idénticos no se diferencian de los dispositivos aprobados por STRIDE BP, excepto por cambios en el nombre del modelo.

Dispositivos preferidos (33)

A&D UM-211	Microlife WatchBP Office
A&D UM-212BLE	Microlife WatchBP Office (BP3SK1-3B) *
Andon iHealth Ease BP3L *	Microlife WatchBP Office ABI
Andon iHealth Neo BP5S *	Microlife WatchBP Office AFIB *
Andon iHealth Track KN-550BT *	Microlife WatchBP Office Central *
Andon KD-558BR *	Midmark IQvitals Zone
Andon KD-5920 *	Omron HBP-1300
Andon KD-5923 *	Omron HBP-1320
Andon KD-5965	Omron HBP-9030 *
Erkameter 125 PRO	Omron M3500
Hingmed DBP-01P	QMon 20
InBody BPBIO210	Raycome RBP-1200
InBody BPBIO250	RisingSun RS-651
InBody BPBIO480KV	Suntech CT40
InBody HBP570 *	Welch Allyn ProBP 2000
Microlife 3AS1-2	YuWell YE900
Microlife VSA (BP3GP1-1L) *	

Dispositivos validados (16)

A&D UM-101	Mindray Datascope Accutorr Plus
-----------------------	--

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou	<i>Grecia</i>	<i>Presidente</i>
A. Schutte	<i>Australia</i>	<i>Copresidente</i>
E. O'Brien	<i>Irlanda</i>	<i>Presidente Honorario</i>
M. Myers	<i>Canadá</i>	
P. Palatini	<i>Italia</i>	
G. Parati	<i>Italia</i>	
J. Wang	<i>China</i>	

CONSEJO ASESOR

K. Asayama	<i>Bélgica</i>	G. Head	<i>Australia</i>	A. Murray	<i>Reino Unido</i>
R. Asmar	<i>Francia</i>	Y. Imai	<i>Japón</i>	T. Ohkubo	<i>Japón</i>
A. Avolio	<i>Australia</i>	N. Karpettas	<i>Chipre</i>	J. Sharman	<i>Australia</i>
G. Bilo	<i>Italia</i>	K. Kario	<i>Japón</i>	A. Shennan	<i>Reino Unido</i>
A. de la Sierra	<i>España</i>	A. Kollias	<i>Grecia</i>	J. Staessen	<i>Bélgica</i>
P. de Leeuw	<i>Países Bajos</i>	E. Manios	<i>Grecia</i>	M. Weber	<i>EE.UU.</i>
E. Dolan	<i>Irlanda</i>	A. Mihailidou	<i>Australia</i>		

Accoson Greenlight 300

Andon iHealth BP3

Andon iHealth Clear BPM1 *

Artsana Pic Indolor Professional

BpTRU BPM-100

Dinamap ProCare

Dinamap ProCare 400

Nissei DM3000

Omron HBP T105

Omron HEM-907

Rossmax Mandaus II

Spengler Pro M

Suntech 247

Welch Allyn Vital Signs

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou *Grecia* *Presidente*
A. Schutte *Australia* *Copresidente*
E. O'Brien *Irlanda* *Presidente Honorario*
M. Myers *Canadá*
P. Palatini *Italia*
G. Parati *Italia*
J. Wang *China*

CONSEJO ASESOR

K. Asayama *Bélgica*
R. Asmar *Francia*
A. Avolio *Australia*
G. Bilo *Italia*
A. de la Sierra *España*
P. de Leeuw *Países Bajos*
E. Dolan *Irlanda*
G. Head *Australia*
Y. Imai *Japón*
N. Karpettas *Chipre*
K. Kario *Japón*
A. Kollias *Grecia*
E. Manios *Grecia*
A. Mihailidou *Australia*
A. Murray *Reino Unido*
T. Ohkubo *Japón*
J. Sharman *Australia*
A. Shennan *Reino Unido*
J. Staessen *Bélgica*
M. Weber *EE.UU.*