

DISPOSITIVOS VALIDOS PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL EN EMBARAZO / PREECLAMPSIA

Listado generado desde www.stridebp.org el 2 de octubre de 2023

Dispositivos preferidos: son aparatos de brazalete para la parte superior del brazo con al menos un estudio de validación aprobado de STRIDE BP publicado en los últimos 10 años usando un protocolo reciente (AAMI/ESH/ISO 2018; ANSI/AAMI/ISO 2013 o 2009; ESH-IP 2010). Los dispositivos preferidos para uso doméstico también deberán permitir el almacenamiento automatizado de múltiples lecturas, o conectividad a través de teléfono móvil, ordenador o enlace a Internet que permitan la transferencia de datos.

Dispositivos validados: han pasado los procesos de validación establecidos que han sido verificados y aprobados por el Consejo Asesor Científico de STRIDE BP.

* **Dispositivos equivalentes o idénticos:** Los dispositivos equivalentes no han sido validados, pero se ha proporcionado y aprobado evidencia por parte del Consejo Asesor Científico de STRIDE BP mostrando que son equivalentes a un dispositivo que ha cumplido con todos los criterios establecidos para los dispositivos validados (ver más arriba). Los dispositivos idénticos no se diferencian de los dispositivos aprobados por STRIDE BP, excepto por cambios en el nombre del modelo.

Dispositivos para medir la presión arterial en Consultorio /Clínica

Dispositivos preferidos (2)

Microlife 3AS1-2

Microlife VSA (BP3GP1-1L) *

Dispositivos validados (2)

Dinamap ProCare 400

Welch Allyn Vital Signs

Dispositivos para monitorización de la presión arterial en el domicilio

Dispositivos preferidos (23)

Andon iHealth Track

Omron M6 Comfort (HEM-7321-E) *

Omron BP760N (HEM-7320-Z)

Omron M6 Comfort (HEM-7360-E) *

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou *Grecia* *Presidente*
A. Schutte *Australia* *Copresidente*
E. O'Brien *Irlanda* *Presidente Honorario*
M. Myers *Canadá*
P. Palatini *Italia*
G. Parati *Italia*
J. Wang *China*

CONSEJO ASESOR

K. Asayama *Bélgica*
R. Asmar *Francia*
A. Avolio *Australia*
G. Bilo *Italia*
A. de la Sierra *España*
P. de Leeuw *Países Bajos*
E. Dolan *Irlanda*
G. Head *Australia*
Y. Imai *Japón*
N. Karpettas *Chipre*
K. Kario *Japón*
A. Kollias *Grecia*
E. Manios *Grecia*
A. Mihailidou *Australia*
A. Murray *Reino Unido*
T. Ohkubo *Japón*
J. Sharman *Australia*
A. Shennan *Reino Unido*
J. Staessen *Bélgica*
M. Weber *EE.UU.*

Omron Evolv (HEM-7600T-E)	Omron M7 Intelli IT(HEM-7361T-EBK) *
Omron HEM-9210T	Omron M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) *
Omron M3 Comfort (HEM-7134-E)	Omron M7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) *
Omron M3 Comfort (HEM-7155-ALRU) *	Omron X3 Comfort(HEM-7155-EO) *
Omron M3 Comfort(HEM-7155-E) *	Omron X4 Smart (HEM-7155T-ESL) *
Omron M4 Intelli IT (HEM-7155T-ALRU) *	Omron X6 Comfort (HEM-7360-EO) *
Omron M4 Intelli IT(HEM-7155T-EBK) *	Omron X7 Smart(HEM-7361T-ESL) *
Omron M400 Comfort (HEM-7155-D) *	Withings BPM Connect
Omron M400 Intelli IT (HEM-7155T-D) *	Withings BPM Connect Pro *
Omron M500 Intelli IT (HEM-7361T-D) *	

Dispositivos validados (8)

Microlife BP 3BTO-A	Microlife WatchBP Home S *
Microlife WatchBP Home	Omron M7 (HEM-780-E)
Microlife WatchBP Home A *	Omron MIT
Microlife WatchBP Home A BT *	Omron MIT Elite

Dispositivos para la Monitorización Ambulatoria de la presión arterial

Dispositivos preferidos (1)

PAR Medizintechnik & Co. PHYSIO-PORT UP

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou	<i>Grecia</i>	<i>Presidente</i>
A. Schutte	<i>Australia</i>	<i>Copresidente</i>
E. O'Brien	<i>Irlanda</i>	<i>Presidente Honorario</i>
M. Myers	<i>Canadá</i>	
P. Palatini	<i>Italia</i>	
G. Parati	<i>Italia</i>	
J. Wang	<i>China</i>	

CONSEJO ASESOR

K. Asayama	<i>Bélgica</i>	G. Head	<i>Australia</i>	A. Murray	<i>Reino Unido</i>
R. Asmar	<i>Francia</i>	Y. Imai	<i>Japón</i>	T. Ohkubo	<i>Japón</i>
A. Avolio	<i>Australia</i>	N. Karpettas	<i>Chipre</i>	J. Sharman	<i>Australia</i>
G. Bilo	<i>Italia</i>	K. Kario	<i>Japón</i>	A. Shennan	<i>Reino Unido</i>
A. de la Sierra	<i>España</i>	A. Kollias	<i>Grecia</i>	J. Staessen	<i>Bélgica</i>
P. de Leeuw	<i>Países Bajos</i>	E. Manios	<i>Grecia</i>	M. Weber	<i>EE.UU.</i>
E. Dolan	<i>Irlanda</i>	A. Mihailidou	<i>Australia</i>		