



INICIATIVA CONJUNTA CON



DISPOSITIVOS VALIDADOS PARA MEDIR LA PRESIÓN ARTERIAL EN CONSULTORIOS / CLÍNICAS

Listado generado desde www.stridebp.org el 01 Mar 2024

Dispositivos validados: han pasado los procesos de validación establecidos que han sido verificados y aprobados por el Consejo Asesor Científico de STRIDE BP.

Dispositivos preferidos: para uso en la Consulta/Clínica son aparatos de brazalete para la parte superior del brazo con al menos un estudio de validación aprobado de STRIDE BP publicado en los últimos 10 años usando un protocolo reciente (Estándar Universal AAMI/ESH/ISO (ISO 81060-2:2018); ANSI/AAMI/ISO 2013 o 2009; ESH-IP 2010).

* **Equivalent or Identical devices:** Los dispositivos equivalentes no han sido validados, pero se ha proporcionado y aprobado evidencia por parte del Consejo Asesor Científico de STRIDE BP mostrando que son equivalentes a un dispositivo que ha cumplido con todos los criterios establecidos para los dispositivos validados (ver más arriba). Los dispositivos idénticos no se diferencian de los dispositivos aprobados por STRIDE BP, excepto por cambios en el nombre del modelo.

Dispositivos validados para la parte superior del brazo disponibles en el mercado (37)

A&D UM-211	InBody HBP570 *
A&D UM-212BLE	Microlife VSA (BP3GP1-1L) *
Accoson Greenlight 300	Microlife WatchBP Office
Andon iHealth BP3	Microlife WatchBP Office (BP3SK1-3B) *
Andon iHealth Clear BPM1 *	Microlife WatchBP Office ABI
Andon iHealth Ease BP3L *	Microlife WatchBP Office AFIB *
Andon iHealth Neo BP5S *	Midmark IQvitals Zone
Andon iHealth Track KN-550BT	Mindray Datascope Accutorr Plus
Andon KD-558BR *	Omron HBP-1320
Andon KD-5920 *	Omron HBP-9030 *
Andon KD-5923 *	Omron HEM-907
Artsana Pic Indolor Professional	QMon 20
Dinamap ProCare	Raycome RBP-1200
Dinamap ProCare 400	RisingSun RS-651
Erkameter 125 PRO	Suntech CT40
Hingmed DBP-01P	Welch Allyn ProBP 2000
InBody BPBIO210	Welch Allyn Vital Signs
InBody BPBIO250	YuWell YE900
InBody BPBIO480KV	

Dispositivos validados para la parte superior del brazo no disponibles en el mercado (13)

A&D UM-101	Omron HBP T105
Andon KD-5965	Omron HBP-1300

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou	Grecia	Presidente	G. Parati	Italia	
A. Schutte	Australia	Co-Presidente	J. Wang	China	
E. O'Brien	Irlanda	Presidente Honorario	N. Campbell	Canadá	Ex-oficio (WHL)
A. Kollias	Grecia		N. Khan	Canadá	Ex-oficio (ISH)
P. Palatini	Italia		P. van de Borne	Bélgica	Ex-oficio (ESH)

CONSEJO ASESOR

K. Asayama	Japón	G. Head	Australia	T. Ohkubo	Japón
R. Asmar	Francia	Y. Imai	Japón	J. Sharman	Australia
A. Avolio	Australia	N. Karpettas	Chipre	A. Shennan	Reino Unido
G. Bilo	Italia	K. Kario	Japón	J. Staessen	Bélgica
A. de la Sierra	España	E. Manios	Grecia	M. Weber	EE.UU.
P. de Leeuw	Países Bajos	A. Mihailidou	Australia		
E. Dolan	Irlanda	A. Murray	Reino Unido		



INICIATIVA CONJUNTA CON



BpTRU BPM-100

 **JOYTECH** DBP-1333b

 **Microlife** 3AS1-2

 **Microlife** WatchBP Office Central *

Nissei DM3000

 **Omron** M3500

Rossmax Mandaus II

Spengler Pro M

Suntech 247

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EJECUTIVO

G. Stergiou	Grecia	Presidente	G. Parati	Italia
A. Schutte	Australia	Co-Presidente	J. Wang	China
E. O'Brien	Irlanda	Presidente Honorario	N. Campbell	Canadá Ex-oficio (WHL)
A. Kollias	Grecia		N. Khan	Canadá Ex-oficio (ISH)
P. Palatini	Italia		P. van de Borne	Bélgica Ex-oficio (ESH)

CONSEJO ASESOR

K. Asayama	Japón	G. Head	Australia	T. Ohkubo	Japón
R. Asmar	Francia	Y. Imai	Japón	J. Sharman	Australia
A. Avolio	Australia	N. Karpettas	Chipre	A. Shennan	Reino Unido
G. Bilo	Italia	K. Kario	Japón	J. Staessen	Bélgica
A. de la Sierra	España	E. Manios	Grecia	M. Weber	EE.UU.
P. de Leeuw	Países Bajos	A. Mihailidou	Australia		
E. Dolan	Irlanda	A. Murray	Reino Unido		