

APPAREILS VALIDÉS POUR L'AUTOMESURE TENSIONNELLE








































Liste générée par www.stridebp.org le 23 Avril 2024

Les appareils validés: ont été soumis avec succès à des procédures de validation établies qui ont été vérifiées et approuvées par le Comité scientifique consultatif de STRIDE BP.

Les appareils préférés: à usage à domicile sont des appareils à brassard (huméral) pour lesquels il existe au moins une étude de validation approuvée par STRIDE BP et publiée dans les 10 dernières années et ayant utilisé un protocole récent (Norme internationale AAMI/ESH/ISO (ISO 81060-2:2018) ; ANSI/AAMI/ISO 2013 ou 2009 ; ESH-IP 2010). Ils disposent également de fonctions de sauvegarde automatique de relevés multiples, ou d'une connectivité avec téléphone mobile, ordinateur ou via un lien internet, permettant le transfert de données.

* **Appareils Équivalents ou Identiques:** Les appareils Équivalents n'ont pas été validés mais il a été fourni des preuves, approuvées par le Comité scientifique consultatif de STRIDE BP, montrant qu'ils sont équivalents à un appareil qui a rempli les critères d'appareil validé (voir ci-dessus). Les appareils Identiques ne présentent pas de différences par rapport à un appareil déjà approuvé par STRIDE BP, à l'exception du nom du modèle.

Appareils à brassard (huméral) validés, disponibles sur le marché (181)



A&D UA-1020	HONSUN LD-578	 Omron M3 Comfort(HEM-7155-E) *
 A&D UA-1200BLE	IEM Tel-O-GRAPH	 Omron M4 Intelli IT (HEM-7155T-ALRU) *
A&D UA-611Plus *	 InBody BP170	 Omron M4 Intelli IT(HEM-7155T-EBK) *
 A&D UA-651	 InBody BP170B (HBP170) *	 Omron M400 Comfort (HEM-7155-D) *
 A&D UA-651Plus	 JAMR F1701T	 Omron M400 Intelli IT (HEM-7155T-D) *
A&D UA-651SL Plus *	 JOYTECH DBP-1333b	 Omron M500 Intelli IT (HEM-7361T-D) *
 A&D UA-654MR *	 JOYTECH DBP-6279B	 Omron M6 Comfort (HEM-7360-E) *
A&D UA-705	Kinetik Series 1 (BPM-1)	 Omron M7 Intelli IT(HEM-7361T-EBK) *
A&D UA-767	Kingyield BP101H	 Omron M7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) *
Andon iHealth BP3	 Konsung QD217A	Omron X2 Basic(HEM-7121J-EO) *
Andon iHealth Clear BPM1 *	Lloyds Pharmacy BP11	 Omron X3 Comfort(HEM-7155-EO) *
Andon iHealth Ease BP3L *	Medicare MD1806 *	 Omron X4 Smart (HEM-7155T-ESL) *
Andon iHealth Neo BP5S *	Medipro MediCare 100f (Rossmax)	 Omron X7 Smart(HEM-7361T-ESL) *
 Andon iHealth Track	Medisana MTP Plus	Oregon BPU 330
 Andon iHealth Track KN-550BT	Microlife BP 3BTO-A	Panasonic EW3106
 Andon KD-5031	 Microlife BP A1 Easy *	Panasonic EW3109
 Andon KD-558BR *	 Microlife BP A100	 Pangao PG-800B11
Andon KD-5915	Microlife BP A100 Plus	 Pangao PG-800B26
 Andon KD-5917	Microlife BP A150 AFIB *	 Pangao PG-800B5
 Andon KD-5920 *	Microlife BP A150-30 AFIB *	 Pangao PG-800B68
 Andon KD-5923 *	 Microlife BP A2 Basic *	Philips HP5308
 Andon KD-595	 Microlife BP A2 Classic *	PMS Mandaus
 Aponorm Basic Control *	 Microlife BP A200 AFIB *	 Polygreen KP-7670

CONSEIL D'ADMINISTRATION

G. Stergiou	Grèce	Président	G. Parati	Italie
A. Schutte	Australie	Co-Présidente	J. Wang	Chine
E. O'Brien	Irlande	Président honoraire	N. Campbell	Canada
A. Kollias	Grèce		N. Khan	Canada
P. Palatini	Italie		P. van de Borne	Belgique
				D'office (WHL)
				D'office (ISH)
				D'office (ESH)

COMITÉ CONSULTATIF

K. Asayama	Japon	G. Head	Australie	T. Ohkubo	Japon
R. Asmar	France	Y. Imai	Japon	J. Sharman	Australie
A. Avolio	Australie	N. Karpettas	Chypre	A. Shennan	Royaume-Uni
G. Bilo	Italie	K. Kario	Japon	J. Staessen	Belgique
A. de la Sierra	Espagne	E. Manios	Grèce	M. Weber	USA
P. de Leeuw	Pays-Bas	A. Mihailidou	Australie		
E. Dolan	Irlande	A. Murray	Royaume-Uni		

 Aponorm Basic Control PLUS *	Microlife BP A200 Comfort	 Qardio Inc QardioArm
 Aponorm Basis Plus Bluetooth *	 Microlife BP A3 PC	 RisingSun RS-651
 Aponorm Professional Control *	 Microlife BP A3L Comfort *	Rossmax AC1000F
 Aponorm Professionell Touch *	 Microlife BP A6 BT *	 Rossmax CF175
Artsana CS 410	 Microlife BP A6 PC *	Rossmax X1 *
Artsana CSI 610	Microlife BP A7 Touch *	 Rossmax X3 *
Artsana Pic Indolor Comfort Check	 Microlife BP B1 Classic *	 Rossmax X5 *
Artsana Pic Indolor My Check	 Microlife BP B2 Basic *	Rossmax X9 *
Artsana Pic Indolor Personal Check	Microlife BP B2 Easy *	 Rossmax Z1 *
 Avita BPM636	 Microlife BP B3 Advanced AFIB *	 Rossmax Z5 *
 Avita BPM63S	 Microlife BP B3 AFIB	SEINEX SE-9400
 Avita BPM64	 Microlife BP B3 Basic *	 SEJOY BP-1307
 Avita BPM65 *	 Microlife BP B3 BT *	Sensacare SAA-102
 Avita BPM68 *	 Microlife BP B3 Plus *	 Spengler TENSORIC BRAS*
 Avita BPM82	 Microlife BP B6 Advanced Connect *	Terumo ES-H55
 Avita BPM83 *	 Microlife BP B6 BASIC *	 Thermor BIOS BD215
 Beurer BM 28	 Microlife BP B6 Connect *	 Thermor BIOS BD240
Beurer BM 44	Microlife WatchBP Home	 Transtek LS802-GP *
 Beurer BM27 *	Microlife WatchBP Home A *	 Transtek LS802-GS *
 BPUMP BF1112	Microlife WatchBP Home A BT *	 Transtek TMB-1585-BS *
 Braun BUA4000	Microlife WatchBP Home S *	Transtek TMB-1776
Citizen CH-432B	 Omron BP5450	 Transtek TMB-2084 *
Citizen CH-461C	 Omron BP7450	 Transtek TMB-2084-A *
Citizen CH-463E	 Omron Complete (HEM-7530T-E3) *	Visomat UEBE Comfort 20/40
Colson MAM BP 3AA1-2	 Omron Evolv (HEM-7600T-E)	Visomat UEBE comfort 20/40 REF 24046 *
Combel BP118A	Omron HEM-1020	Visomat UEBE Comfort Eco
 Globalcare GCE603	Omron HEM-1040	Visomat UEBE Comfort form
Grandway G.LAB MD2680	Omron HEM-705CP	Visomat UEBE Double Comfort
 Grandway G.LAB MD41A0	 Omron HEM-7120	Visomat UEBE Double Comfort REF 24056 *
Grandway MD2301	 Omron HEM-7130	 Welch Allyn Home BP monitor 1700 Series
Hartmann Veroval duo control	 Omron HEM-7600T	 Withings BPM Connect
 Hartmann Veroval ECG and BP Monitor*	Omron HEM-9700T	 Withings BPM Connect Pro *
 Health & Life HL858A2-T *	Omron M1 Basic (HEM-7121J-AF) *	YuWell YE660D
 Health & Life HL858GT *	Omron M1 Basic (HEM-7121J-LAF) *	 YuWell YE660E *
 Health & Life HL868ED	Omron M2 Basic (HEM-7121J-E) *	 YuWell YE680B
 Health & Life S-868ED *	 Omron M2 Eco (HEM-7120-AF) *	 YuWell YE690A
HoMedics BPA-300	 Omron M3 (HEM-7154-E) *	
HoMedics WGNBPA-540	 Omron M3 Comfort (HEM-7155-ALRU) *	





























Appareils à brassard (huméral) validés, non disponibles sur le marché (72)

CONSEIL D'ADMINISTRATION

G. Stergiou	Grèce	Président	G. Parati	Italie
A. Schutte	Australie	Co-Présidente	J. Wang	Chine
E. O'Brien	Irlande	Président honoraire	N. Campbell	Canada
A. Kollias	Grèce		N. Khan	Canada
P. Palatini	Italie		P. van de Borne	Belgique
				D'office (WHL)
				D'office (ISH)
				D'office (ESH)

COMITÉ CONSULTATIF

K. Asayama	Japon	G. Head	Australie	T. Ohkubo	Japon
R. Asmar	France	Y. Imai	Japon	J. Sharman	Australie
A. Avolio	Australie	N. Karpettas	Chypre	A. Shennan	Royaume-Uni
G. Bilo	Italie	K. Kario	Japon	J. Staessen	Belgique
A. de la Sierra	Espagne	E. Manios	Grèce	M. Weber	USA
P. de Leeuw	Pays-Bas	A. Mihailidou	Australie		
E. Dolan	Irlande	A. Murray	Royaume-Uni		

A&D UA-631	Omron HEM-7080IC *	 Omron M3 IT (HEM-7131 U-E) *
A&D UA-774	Omron HEM-711 DLX	Omron M5-I
A&D UA-778	Omron HEM-7201	Omron M6 (HEM-7001-E)
A&D UA-787	Omron HEM-722C	Omron M6 (HEM-7211-E)
A&D UA-853	 Omron HEM-7251G	 Omron M6 AC (HEM-7322-E) *
A&D UM-201	 Omron HEM-7252G-HP	 Omron M6 AC ME (HEM-7322-ME) *
Andon iHealth Feel BP5	 Omron HEM-7320-LA	Omron M6 Comfort (HEM-7000-E)
Andon KD-391	 Omron HEM-7320F	 Omron M6 Comfort (HEM-7221-E)
 Andon KD-5851	Omron HEM-735C	 Omron M6 Comfort (HEM-7321-E) *
 Andon KD-5965	 Omron HEM-7420	 Omron M6 Comfort IT (HEM-7322U-E)
Hartmann Tensoval Duo Control II	 Omron HEM-7500F	Omron M7 (HEM-780-E)
Health & Life HL868BA	Omron HEM-780REL	 Omron M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) *
Health & Life HL888HA	 Omron HEM-9200T	Omron MIT
IEM Stabil-O-Graph	 Omron HEM-9210T	Omron MIT Elite
Microlife BP 3AC1-1	Omron i-Q132 (HEM-1010-E)	Omron MX3 Plus (HEM-742-E)
Microlife BP 3AC1-1PC	Omron M1 Plus (HEM-4011C-E)	 Omron X6 Comfort (HEM-7360-EO) *
Nissei DS-400	Omron M2 (HEM-7117-E)	Rossmax ME 701 series
Omron 705IT (HEM-759-E)	 Omron M2 (HEM-7121-E) *	Spengler KP7500D
Omron BP10	 Omron M2 Basic (HEM-7120-E) *	Spengler Pro M
 Omron BP760N (HEM-7320-Z)	Omron M2 Compact (HEM 7102-E)	 Transtek LS808-B
 Omron BP765 (HEM-7311-ZSA)	 Omron M3 (HEM-7131-E) *	 Transtek TMB-1491
Omron Elite 7300W	Omron M3 (HEM-7200-E)	Transtek TMB-986
Omron HEM-706	 Omron M3 Comfort (HEM-7134-E)	 Withings BP-800
Omron HEM-706/711	Omron M3 Intellisense (HEM-7051-E)	 Withings BPM Core Device (WPM04)

Appareils de poignet validés, disponibles sur le marché (39)

Généralement non recommandés en raison de leur précision inférieure dans la pratique, par comparaison aux appareils à brassard (huméral), et en raison de problèmes liés à l'utilisation correcte, selon les instructions (poignet à hauteur du cœur sans flexion ni extension).

A&D UB-1100BLE *	Citizen CH-656C	Omron RS2 (HEM-8616-BS) *
A&D UB-543	Grandway G.LAB MD2200	Omron RS3 Intelli IT(HEM-6161T-E) *
Andon iHealth View BP7S *	Grandway G.LAB MD2231	Omron RS4 (HEM-6181-E) *
Andon KD-723 *	Health & Life HL168JD	Omron RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)
Aponorm Mobil Basis *	Kingyield BP210	Oregon BPW810
Aponorm Mobil Slim *	Microlife BP W100	Pangao PG-800A11
Artsana Pic Indolor Travel Check	Microlife BP W3 Comfort *	Pangao PG-800A36
Avita BPM11 *	Microlife W2 Slim	Rossmax S150
Avita BPM15S	Omron HEM-6181	SCIAN LD-735
Avita BPM17	Omron HEM-6232T	Sensacare SAW-102

CONSEIL D'ADMINISTRATION

G. Stergiou	Grèce	Président	G. Parati	Italie
A. Schutte	Australie	Co-Présidente	J. Wang	Chine
E. O'Brien	Irlande	Président honoraire	N. Campbell	Canada
A. Kollias	Grèce		N. Khan	Canada
P. Palatini	Italie		P. van de Borne	Belgique

COMITÉ CONSULTATIF

K. Asayama	Japon	G. Head	Australie	T. Ohkubo	Japon
R. Asmar	France	Y. Imai	Japon	J. Sharman	Australie
A. Avolio	Australie	N. Karpettas	Chypre	A. Shennan	Royaume-Uni
G. Bilo	Italie	K. Kario	Japon	J. Staessen	Belgique
A. de la Sierra	Espagne	E. Manios	Grèce	M. Weber	USA
P. de Leeuw	Pays-Bas	A. Mihailidou	Australie		
E. Dolan	Irlande	A. Murray	Royaume-Uni		

Avita BPM19B *

Avita BPM29 *

Avita BPM32 *

Omron HEM-9601T

Omron HEM-9601T-E3*

Omron RS1 (HEM-6160-E) *

Shenzhen Urion Technology U60EH

Visocor UEBE HM40

Visomat UEBE Handy

Appareils de poignet validés, non disponibles sur le marché (16)

Généralement non recommandés en raison de leur précision inférieure dans la pratique, par comparaison aux appareils à brassard (huméral), et en raison de problèmes liés à l'utilisation correcte, selon les instructions (poignet à hauteur du cœur sans flexion ni extension).

A&D UB-511

Andon iHealth Sense BP7

Braun BP 2550 (UG)

Braun BP 3550

Braun VitalScan Plus 1650

Microlife BP W200-1

Omron HEM-9600T

Omron R2 (HEM-6113-E)

Omron R3-I Plus (HEM 6022-E)

Omron R5-I

Omron R7 (HEM 637-IT)

Omron RS3 (HEM-6130-E)

Omron RS6 (HEM-6221-E)

Omron RS8 (HEM-6310F-E)

Omron Rx

Transtek TMB-988

CONSEIL D'ADMINISTRATION

G. Stergiou	Grèce	Président	G. Parati	Italie
A. Schutte	Australie	Co-Présidente	J. Wang	Chine
E. O'Brien	Irlande	Président honoraire	N. Campbell	Canada
A. Kollias	Grèce		N. Khan	Canada
P. Palatini	Italie		P. van de Borne	Belgique
				D'office (WHL)
				D'office (ISH)
				D'office (ESH)

COMITÉ CONSULTATIF

K. Asayama	Japon	G. Head	Australie	T. Ohkubo	Japon
R. Asmar	France	Y. Imai	Japon	J. Sharman	Australie
A. Avolio	Australie	N. Karpettas	Chypre	A. Shennan	Royaume-Uni
G. Bilo	Italie	K. Kario	Japon	J. Staessen	Belgique
A. de la Sierra	Espagne	E. Manios	Grèce	M. Weber	USA
P. de Leeuw	Pays-Bas	A. Mihailidou	Australie		
E. Dolan	Irlande	A. Murray	Royaume-Uni		