



联合举措



经验证的妊娠/子痫前期血压测量设备

2024年2月 29日 从www.stridebp.org生成的清单

经验证的设备: 已经通过了由STRIDE BP科学顾问委员会检查批准的既定验证程序。

首选设备: 是过去10年内发表过至少一项由STRIDE BP批准的验证研究并采用某项近期协议 (AAMI/ESH/ISO通用标准(ISO 81060-2:2018)、ANSI/AAMI/ISO 2013或2009、ESH-IP 2010) 的上臂袖带设备。家用首选设备还应能自动存储多个读数, 或能通过连接手机、个人电脑或互联网传输数据。

*** 等效或相同设备:** 等效设备未经验证, 但已提供证据表明其等同于已经符合验证设备标准的某款设备 (见上文), 并已获得STRIDE BP科学顾问委员会批准。除了型号名称变化外, 相同设备与STRIDE BP批准的设备没有差异。

办公室/诊所血压测量设备

市售的经验证上臂式设备 (3)

Dinamap ProCare 400

Welch Allyn Vital Signs

Microlife VSA (BP3GP1-1L) *

无市售的经验证上臂式设备 (1)

Microlife 3AS1-2

家用血压监测设备

市售的经验证上臂式设备 (22)

Andon iHealth Track

Microlife BP 3BTO-A

Microlife WatchBP Home

Microlife WatchBP Home A *

Microlife WatchBP Home A BT *

Microlife WatchBP Home S *

Omron Evolv (HEM-7600T-E)

Omron M3 Comfort (HEM-7155-ALRU) *

Omron M3 Comfort(HEM-7155-E) *

Omron M4 Intelli IT (HEM-7155T-ALRU) *

Omron M4 Intelli IT(HEM-7155T-EBK) *

Omron M400 Comfort (HEM-7155-D) *

Omron M400 Intelli IT (HEM-7155T-D) *

Omron M500 Intelli IT (HEM-7361T-D) *

Omron M6 Comfort (HEM-7360-E) *

Omron M7 Intelli IT(HEM-7361T-EBK) *

Omron M7 Intelli IT (HEM-7361T-ALRU) *

Omron X3 Comfort(HEM-7155-EO) *

Omron X4 Smart (HEM-7155T-ESL) *

Omron X7 Smart(HEM-7361T-ESL) *

Withings BPM Connect

Withings BPM Connect Pro *

无市售的经验证上臂式设备 (10)

执行管理委员会

| | | | | |
|-------------|------|------|-----------------|-----|
| G. Stergiou | 希腊 | 主席 | G. Parati | 意大利 |
| A. Schutte | 澳大利亚 | 联席主席 | J. Wang | 中国 |
| E. O'Brien | 爱尔兰 | 荣誉主席 | N. Campbell | 加拿大 |
| A. Kollias | 希腊 | | N. Khan | 加拿大 |
| P. Palatini | 意大利 | | P. van de Borne | 比利时 |

当然成员-WHL 代表
当然成员-ISH 代表
当然成员-ESH 代表

顾问委员会

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------|------|-------------|------|
| K. Asayama | 日本 | G. Head | 澳大利亚 | T. Ohkubo | 日本 |
| R. Asmar | 法国 | Y. Imai | 日本 | J. Sharman | 澳大利亚 |
| A. Avolio | 澳大利亚 | N. Karpettas | 塞浦路斯 | A. Shennan | 英国 |
| G. Bilo | 意大利 | K. Kario | 日本 | J. Staessen | 比利时 |
| A. de la Sierra | 西班牙 | E. Manios | 希腊 | M. Weber | 美国 |
| P. de Leeuw | 荷兰 | A. Mihaïlidou | 澳大利亚 | | |
| E. Dolan | 爱尔兰 | A. Murray | 英国 | | |



联合举措



- Avita BPM636
- Omron BP760N (HEM-7320-Z)
- Omron HEM-9210T
- Omron M3 Comfort (HEM-7134-E)
- Omron M6 Comfort (HEM-7321-E) *

- Omron M7 (HEM-780-E)**
- Omron M7 Intelli IT (HEM-7322T-E) ***
- Omron MIT**
- Omron MIT Elite**
- Omron X6 Comfort (HEM-7360-EO) ***

动态血压监测设备

市售的经验证上臂式设备 (1)

- PAR Medizintechnik & Co. PHYSIO-PORT UP**

执行管理委员会

| | | | | |
|-------------|------|------|-----------------|-------------|
| G. Stergiou | 希腊 | 主席 | G. Parati | 意大利 |
| A. Schutte | 澳大利亚 | 联席主席 | J. Wang | 中国 |
| E. O'Brien | 爱尔兰 | 荣誉主席 | N. Campbell | 加拿大 |
| A. Kollias | 希腊 | | N. Khan | 加拿大 |
| P. Palatini | 意大利 | | P. van de Borne | 比利时 |
| | | | | 当然成员-WHL 代表 |
| | | | | 当然成员-ISH 代表 |
| | | | | 当然成员-ESH 代表 |

顾问委员会

| | | | | | |
|-----------------|------|---------------|------|-------------|------|
| K. Asayama | 日本 | G. Head | 澳大利亚 | T. Ohkubo | 日本 |
| R. Asmar | 法国 | Y. Imai | 日本 | J. Sharman | 澳大利亚 |
| A. Avolio | 澳大利亚 | N. Karpettas | 塞浦路斯 | A. Shennan | 英国 |
| G. Bilo | 意大利 | K. Kario | 日本 | J. Staessen | 比利时 |
| A. de la Sierra | 西班牙 | E. Manios | 希腊 | M. Weber | 美国 |
| P. de Leeuw | 荷兰 | A. Mihailidou | 澳大利亚 | | |
| E. Dolan | 爱尔兰 | A. Murray | 英国 | | |